

正本

# 检 验 报 告

报告书号：威 疾 控 字 (2023) 第 20234003 号

项目名称：压力蒸汽灭菌效果检测

采样地点：威海市环保科技服务有限公司

威海市疾病预防控制中心

二零二三年四月二十七日



扫描全能王 创建

声明:

1. 对本报告检测结果如有异议,请于接到报告之日起 15 日内向本实验室提出,否则不予受理。
2. 备查样品存样期限仅为 30 天,逾期销毁。
3. 对送检、委托检验,本实验室只对送检样品负责。
4. 复制检测报告书,必须经本实验室批准,加盖检测印章后方可生效。

---

报告加盖骑缝章方可生效。



# 检验报告

威 疾 控 字 (2023) 第 20234003 号

第 1 页 共 2 页

项目编号: 20234003

项目名称: 压力蒸汽灭菌效果检测

采样地点: 威海市环科技服务有限公司

采样日期: 2023.04.10

接收日期: 2023.04.10

检品数量: 11 份

检测、评价依据:

GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法

检验结论:

本次检测样品 11 份, 结果如下:

嗜热脂肪杆菌芽胞菌片 11 份 (1-11 号), 压力蒸汽灭菌合格。

使用的仪器:

仪器编号

仪器名称

仪器型号

WJK-144

恒温培养箱

ZDP-2080

以下空白

编制人:

马-丁

批准人:

郭琴

(专用章)

审核人:

郭琴

批准日期: 2023 年 4 月 27 日

地址 (ADD): 威海市青岛北路 28 号

邮编 (P.C.): 264200

电话 (Tel): 0631-5300077



扫描全能王 创建

# 检验报告

威 疾 控 字 (2023) 第 20234003 号

第 2 页 共 2 页

压力蒸汽灭菌效果检测结果:

灭菌锅编号	实验菌片编号	结果
1 号锅	1	灭菌合格
	2	灭菌合格
	3	灭菌合格
	4	灭菌合格
	5	灭菌合格
2 号锅	6	灭菌合格
	7	灭菌合格
	8	灭菌合格
	9	灭菌合格
	10	灭菌合格
	11	灭菌合格

以下空白。

